


診察台



診察後の診察台を汚れ具合を
ルミテスターで測定
52851RLUでした。



水道水をスプレーして
キッチンペーパーで
拭き取りました。
結果は10383RLUでした。



ナノクリーナをスプレーして
キッチンペーパーで
拭き取りました。
結果は112RLUでした。

